

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยช็อคเวฟชนิดเรเดียล
จำนวน ๑ เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบก มีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับทหารและประชาชนทั่วไป มีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สาย พ. เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยเจ็บป่วย และอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยเจ็บที่มาใช้บริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยช็อคเวฟชนิดเรเดียล จำนวน ๑ เครื่อง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยเจ็บป่วยที่มาใช้บริการรักษาพยาบาล

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ เครื่องให้การรักษาด้วยช็อคเวฟชนิดเรเดียล จำนวน ๑ เครื่อง

- คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ ๐๓๙/๖๐ หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๖๕๓๐-M-๖๐-P-๐๙๙๘

๔.๒ มีคุณลักษณะในทางเทคนิคเพิ่มเติมดังนี้

๔.๒.๑ ตัวเครื่องควบคุมการทำงาน

๔.๒.๑.๑ มีแหล่งกำเนิดพลังงานจาก Electromagnetic เพื่อทำให้เกิดคลื่น Radial Shockwave

๔.๒.๑.๒ สามารถปรับระดับพลังงานในการใช้งานได้ในช่วง ๖๐, ๙๐, ๑๒๐, ๑๙๐ มิลลิจูล หรือกว้างกว่า

๔.๒.๑.๓ จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว เป็นชนิด Touch Screen หรือดีกว่า

๔.๒.๑.๔ ชุดกระแทกให้การรักษา (Radial wave applicator) มีน้ำหนักไม่เกิน ๑ กก.

๔.๒.๑.๕ Applicator tips สามารถใช้งานได้อย่างน้อย ๔ ขนาด ดังนี้

๔.๒.๑.๕.๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มิลลิเมตร สามารถกำเนิดคลื่นลงลึกได้ สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑.๕.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มิลลิเมตร สามารถกำเนิดคลื่นลงลึกได้ สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑.๕.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร สามารถกำเนิดคลื่นลงลึกได้ สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑.๕.๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ มิลลิเมตร สามารถกำเนิดคลื่นลงลึกได้ สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. วงเงินในการจัดหา

๗.๑ เงินงบประมาณโครงการ ๖๕๐,๐๐๐.- บาท

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

๘.๑ พิจารณาราคารวมต่ำสุด และต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ในข้อ ๗

๘.๒ มีคู่มือ แสดงชื่อ ยี่ห้อ รุ่น และรายละเอียดอื่น ๆ ของสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ที่จัดหาครั้งนี้พร้อมทั้งบ่งชี้สาระสำคัญให้ตรงกันกับในแคตตาล็อก (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) อย่างชัดเจน ประกอบการใช้งาน และการบำรุงรักษาอย่างละ ๑ ชุด

๘.๓ ต้องมีช่างผู้ชำนาญประจำประเทศไทยและมีอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

๘.๔ รับประกันคุณภาพเครื่องมือทุกชิ้นส่วนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีการตรวจสอบเครื่องทุก ๖ เดือน จนหมดระยะเวลาประกัน และระหว่างการประกันหากมีชิ้นส่วนใดของเครื่องเกิดชำรุดหรือตามปกติวิสัยของการใช้งาน บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าบริการและอะไหล่ในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่อง อะไหล่ต้องเป็นของแท้ ของใหม่

๘.๕ ต้องมีระบบ QR CODE ซึ่งสามารถตรวจสอบการชำรุดและประวัติสถานะของเครื่องทาง Online ได้

๘.๖ พัสดุดังกล่าวต้องเคยผ่านการทดลองใช้งานและประเมินคุณภาพจากหน่วยผู้ใช้งาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำพัสดุดังกล่าวมาให้หน่วยงานทดลองและประเมินคุณภาพ ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๘.๗ บริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้แทนจำหน่ายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทางเครื่องมือแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖

๘.๘ สิ่งอุปกรณ์ที่ผู้ยื่นเสนอมตามรายการข้างต้น ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เป็นของเก่าเก็บ

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่ สถานที่ติดต่อ แผนกส่งกำลังและบริการ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ถนนลาดหญ้า-บ่อพลอย ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๙๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๕๘-๙๒๓๓ - ๔ ต่อ ๕๑๐๙๕ เว็บไซต์ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ www.srshos.go.th สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้เสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และพิจารณาคูณลักษณะเฉพาะที่สุด

พันตรี

ประธานกรรมการ

(บัณฑิต ทศบุตร)

ร้อยเอกหญิง

กรรมการ

(พรพิชญา อธิมิณฑล)

ร้อยตรี

กรรมการ

(สมศักดิ์ แป้นแหลม)