

ผนวก ๒.

ตารางการให้คะแนนการเสนอราคา

เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบรังสีเอกซเรย์สองค่าพลังงาน

ลำดับที่	รายการการให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑	เกณฑ์ราคา	๕๐		
๒	เกณฑ์คุณภาพ	๖๐		

เกณฑ์คุณภาพแบ่งเป็นคะแนนย่อยดังนี้

๒.๒ การบริการหลังการขาย จำนวน ๑๐ คะแนน

๒.๒.๑ ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

ลำดับที่	รายการการให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑	- รับประกันมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ เดือน	๒.๕		
๒	- รับประกันมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ เดือน	๕		
๓	- รับประกันมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๔ เดือน	๗.๕		
๔	- รับประกันมากกว่า ๒๔ เดือน	๑๐		
<u>รวมคะแนน</u>				

๒.๓ มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ จำนวน ๒๐ คะแนน

๒.๓.๑ การนำเครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก มาให้ทดลองใช้ พร้อมทั้งมีการแนะนำการใช้

รวมถึงวิธีการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก

ลำดับที่	รายการการให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑	- ไม่มีเครื่องให้ทดลองใช้	๑๐		
๒	- มีเครื่องให้ทดลองใช้	๒๐		
<u>รวมคะแนน</u>				

๒.๓ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ จำนวน ๓๐ คะแนน

๒.๓.๑ ใช้เวลาในการสแกน จำนวน ๒๕ คะแนน

ลำดับที่	รายการการให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑	- ใช้เวลาในการสแกน ๒ Part ( Lumbar Spine และ Femur ) ไม่มากกว่า ๙๐ วินาที ในโหมด Normal Mode	๖.๒๕		
๒	- ใช้เวลาในการสแกน ๒ Part ( Lumbar Spine และ Femur ) ไม่มากกว่า ๘๐ วินาที ในโหมด Normal Mode	๑๒.๕		
๓	- ใช้เวลาในการสแกน ๒ Part ( Lumbar Spine และ Femur ) ไม่มากกว่า ๖๐ วินาที ในโหมด Normal Mode	๑๘.๗๕		
๔	- ใช้เวลาในการสแกน ๒ Part ( Lumbar Spine และ Femur ) ไม่มากกว่า ๔๐ วินาที ในโหมด Normal Mode	๒๕		
<u>คะแนนรวม</u>				

๒.๓.๒ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานและประมวลผล จำนวน ๕ คะแนน

ลำดับที่	รายการการให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑	- เครื่อง CPU รุ่นไม่ต่ำกว่า Core ๒ Duo ๒.๗ GHz , RAM ไม่น้อยกว่า ๔ GB ,Hard Disk ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB , จอไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว	๑		
๒	- เครื่อง CPU รุ่นไม่ต่ำกว่า Core I๕ ๒.๗ GHz , RAM ไม่น้อยกว่า ๘ GB ,Hard Disk ไม่น้อยกว่า ๑ TB , จอไม่ น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว	๕		
<u>รวมคะแนน</u>				

พ.อ.หญิง ( สุกัญญา      จันทอรารีย์ )	ประธานกรรมการ
พ.ท. ( บัณฑิต      ทศบุตร )	กรรมการ/เลขานุการ
ร.อ.หญิง ( มยุรี      ดอกคำ )	กรรมการ