

ผนวก ๒

ตารางการให้คะแนนการเสนอราคา
เครื่องวัดหัวใจแบบอัตโนมัติ

ลำดับที่	รายการการให้คะแนน	คะแนน
๑	เกณฑ์ราคา	๒๕
๒	เกณฑ์อื่น	๗๕
	<u>รวมคะแนน</u>	๑๐๐

เกณฑ์อื่น ประกอบด้วย - ข้อเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๖๕
- บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๑๐
รวมเท่ากับ ร้อยละ ๗๕

๑. ข้อเสนอด้านเทคนิค (น้ำหนักร้อยละ ๖๕) ประกอบด้วย

- (๑) มาตรฐานการป้องกันน้ำของเครื่อง ร้อยละ ๕
- (๒) นวดกดหัวใจโดยใช้อัตราการบีบ (compression rate) ร้อยละ ๑๐
- (๓) ระยะเวลาในการทำงานแบตเตอรี่ได้ต่อเนื่องเมื่อชาร์จไฟเต็ม (แบตเตอรี่ ๑ ก้อน) ร้อยละ ๑๐
- (๔) ใช้งานในผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ร้อยละ ๒๐
- (๕) ความกว้างของหน้าอก ร้อยละ ๒๐

๑.๑ มาตรฐานการป้องกันน้ำของเครื่อง ร้อยละ ๕ (เลือกได้ ๑ ข้อ)

ความสามารถ	คะแนน
สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับ IP๒๓-IP๔๔	๑๐ คะแนน
สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับ IP๔๕-IP๕๓	๕๐ คะแนน
สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับ IP๕๔ เป็นต้นไป	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๒.๒ นวดกดหัวใจโดยใช้อัตราการบีบ (compression rate) ร้อยละ ๑๐ (เลือกได้ ๑ ข้อ)

ความสามารถ	คะแนน
สามารถนวดกดหัวใจโดยใช้อัตราการบีบ (compression rate) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐ ครั้ง ต่อนาที และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า ± 5 ครั้ง/นาที	๑๐ คะแนน
สามารถนวดกดหัวใจโดยใช้อัตราการบีบ (compression rate) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐ ครั้ง ต่อนาที และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า ± 5 ครั้ง/นาที โดยสามารถปรับระดับอัตราการบีบขณะที่ทำการบีบโดยที่เครื่องไม่หยุดบีบ	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๑.๓ ระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ได้ต่อเนื่องเมื่อชาร์จไฟเต็ม (แบตเตอรี่ ๑ ก้อน) ร้อยละ ๑๐ (เลือกได้ ๑ ข้อ)

ความสามารถ	คะแนน
ระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ได้ต่อเนื่องเมื่อชาร์จไฟเต็ม (แบตเตอรี่ ๑ ก้อน) ๓๐ - ๔๕ นาที	๑๐ คะแนน
ระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ได้ต่อเนื่องเมื่อชาร์จไฟเต็ม (แบตเตอรี่ ๑ ก้อน) ๔๖ - ๕๐ นาที	๒๕ คะแนน
ระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ได้ต่อเนื่องเมื่อชาร์จไฟเต็ม (แบตเตอรี่ ๑ ก้อน) ๕๑ - ๖๕ นาที	๕๐ คะแนน
ระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ได้ต่อเนื่องเมื่อชาร์จไฟเต็ม (แบตเตอรี่ ๑ ก้อน) ๖๖ - ๘๐ นาที	๗๕ คะแนน
ระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ได้ต่อเนื่องเมื่อชาร์จไฟเต็ม (แบตเตอรี่ ๑ ก้อน) ๘๐ นาที ขึ้นไป	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๑.๔ ใช้งานในผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ร้อยละ ๒๐ (เลือกได้ ๑ ข้อ)

ความสามารถ	คะแนน
ใช้งานในผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ๑๗ - ๓๐ เซนติเมตร	๑๐ คะแนน
ใช้งานในผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ๑๖ - ๓๑ เซนติเมตร	๒๕ คะแนน
ใช้งานในผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ๑๕ - ๓๒ เซนติเมตร	๕๐ คะแนน
ใช้งานในผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ๑๔ - ๓๓ เซนติเมตร	๗๕ คะแนน
ใช้งานในผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ๑๔ - ๓๔ เซนติเมตร หรือ มากกว่า	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๑.๕ ความกว้างของหน้าอก ร้อยละ ๒๐ (เลือกได้ ๑ ข้อ)

ความสามารถ	คะแนน
ความกว้างของหน้าอก ๔๕ - ๕๐ เซนติเมตร	๑๐ คะแนน
ความกว้างของหน้าอก ๕๑ - ๕๕ เซนติเมตร	๒๕ คะแนน
ความกว้างของหน้าอก ๕๖ - ๖๐ เซนติเมตร	๕๐ คะแนน
ความกว้างของหน้าอก ๖๑ - ๖๕ เซนติเมตร	๗๕ คะแนน
ความกว้างของหน้าอก ๖๖ - ๗๐ เซนติเมตร หรือมากกว่า	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๒. บริการหลังการขาย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

(๑) การรับประกันความชำรุดบกพร่องและการรับประกันอะไหล่ ร้อยละ ๑๐

๒.๑ การรับประกันความชำรุดบกพร่องและการรับประกันอะไหล่ ให้น้ำหนักร้อยละ ๑๐ (เลือกได้ ๑ ข้อ)

เงื่อนไข	คะแนน
ระยะรับประกัน ๑ ปี	๕๐ คะแนน
ระยะรับประกันตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน