

ผนวก ๒

ตารางการให้คะแนนการเสนอราคา
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาณและความดัน

ลำดับที่	รายการการให้คะแนน	คะแนน
๑	เกณฑ์ราคา	๓๐
๒	เกณฑ์อื่น	๗๐
	<u>รวมคะแนน</u>	๑๐๐

เกณฑ์อื่น ประกอบด้วย - ข้อเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๖๐
- บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๑๐
รวมเท่ากับ ร้อยละ ๗๐

๑. ข้อเสนอด้านเทคนิค (น้ำหนักร้อยละ ๖๐) ประกอบด้วย
- (๑) ตั้งปริมาตรลมหายใจ (Tidal Volume) ร้อยละ ๒๐
 - (๒) ความกว้างของ Flow trigger ร้อยละ ๒๐
 - (๓) ความกว้างของ Pressure Trigger ร้อยละ ๒๐

๑.๑) ตั้งปริมาตรลมหายใจ (Tidal Volume) ร้อยละ ๒๐ (เลือกได้ ๑ ข้อ)

ความสามารถ	คะแนน
ตั้งปริมาตรลมหายใจ (Tidal Volume) ๒๕ ถึง ๒๐๐๐ มล.	๑๐ คะแนน
ตั้งปริมาตรลมหายใจ (Tidal Volume) ๒๐ ถึง ๒๑๐๐ มล.	๒๐ คะแนน
ตั้งปริมาตรลมหายใจ (Tidal Volume) ๑๕ ถึง ๒๒๐๐ มล.	๔๐ คะแนน
ตั้งปริมาตรลมหายใจ (Tidal Volume) ๑๐ ถึง ๒๔๐๐ มล.	๖๐ คะแนน
ตั้งปริมาตรลมหายใจ (Tidal Volume) ๕ ถึง ๒๖๐๐ มล.	๘๐ คะแนน
ตั้งปริมาตรลมหายใจ (Tidal Volume) ๒ ถึง ๓๐๐๐ มล. หรือกว้างกว่า	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๑.๒ ความกว้างของ Flow trigger ร้อยละ ๒๐ (เลือกได้ ๑ ข้อ)

ความสามารถ	คะแนน
ความกว้างของ Flow trigger ได้ตั้งแต่ ๐.๕ ถึง ๒๐ ลิตร/นาที	๑๐ คะแนน
ความกว้างของ Flow trigger ได้ตั้งแต่ ๐.๔ ถึง ๒๑ ลิตร/นาที	๕๐ คะแนน
ความกว้างของ Flow trigger ได้ตั้งแต่ ๐.๓ ถึง ๒๓ ลิตร/นาที	๗๐ คะแนน
ความกว้างของ Flow trigger ได้ตั้งแต่ ๐.๒ ถึง ๒๕ ลิตร/นาที	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๑.๓ ความกว้างของ Pressure Trigger ร้อยละ ๒๐ (เลือกได้ ๑ ข้อ)

ความสามารถ	คะแนน
ความกว้างของ Pressure Trigger ได้ตั้งแต่ ๑ ถึง ๒๐ ซม.	๑๐ คะแนน
ความกว้างของ Pressure Trigger ได้ตั้งแต่ ๐.๙ ถึง ๒๐ ซม.	๒๐ คะแนน
ความกว้างของ Pressure Trigger ได้ตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๒๐ ซม.	๔๐ คะแนน
ความกว้างของ Pressure Trigger ได้ตั้งแต่ ๐.๗ ถึง ๒๐ ซม.	๖๐ คะแนน
ความกว้างของ Pressure Trigger ได้ตั้งแต่ ๐.๖ ถึง ๒๐ ซม.	๘๐ คะแนน
ความกว้างของ Pressure Trigger ได้ตั้งแต่ ๐.๕ ถึง ๒๐ ซม.	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๑.๔ ใช้งานในผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ร้อยละ ๒๐ (เลือกได้ ๑ ข้อ)

ความสามารถ	คะแนน
ใช้งานในผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ๑๗ - ๓๐ เซนติเมตร	๑๐ คะแนน
ใช้งานในผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ๑๖ - ๓๑ เซนติเมตร	๒๕ คะแนน
ใช้งานในผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ๑๕ - ๓๒ เซนติเมตร	๕๐ คะแนน
ใช้งานในผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ๑๔ - ๓๓ เซนติเมตร	๗๕ คะแนน
ใช้งานในผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ๑๔ - ๓๔ เซนติเมตร หรือ มากกว่า	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๒. บริการหลังการขาย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

(๑) การรับประกันความชำรุดบกพร่องและการรับประกันอะไหล่ ร้อยละ ๑๐

๒.๑ การรับประกันความชำรุดบกพร่องและการรับประกันอะไหล่ ให้น้ำหนักร้อยละ ๑๐ (เลือกได้ ๑ ข้อ)

เงื่อนไข	คะแนน
ระยะรับประกัน ๑ ปี	๕๐ คะแนน
ระยะรับประกันตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ร้อยเอก

ประธานกรรมการ

(วินิจ ราชนะ)

ร้อยเอกหญิง

กรรมการ

(มณีรัตน์ พลราชม)

ร้อยตรี

กรรมการ

(ทองสา อรรถประจง)