

ผนวก ๒

ตารางการให้คะแนนการเสนอราคา

ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบวีดิทัศน์ชนิดความละเอียดสูง

ลำดับที่	รายการการให้คะแนน	คะแนน
๑	เกณฑ์ราคา	๔๐
๒	เกณฑ์อื่น	๖๐
	<u>รวมคะแนน</u>	๑๐๐

เกณฑ์อื่น ประกอบด้วย - ข้อเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๔๐
 - บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๒๐
รวมเท่ากับ ร้อยละ ๖๐

๑. ข้อเสนอด้านเทคนิค (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) ประกอบด้วย

(๑) อัตราการไหลของน้ำ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ร้อยละ ๒๐

(๒) ความสามารถปรับตั้งแรงดันน้ำได้ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ร้อยละ ๒๐

๑.๑ อัตราการไหลของน้ำ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ให้น้ำหนักร้อยละ ๒๐

ความสามารถ	คะแนน
อัตราการไหลของน้ำ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ๒๕๐๐ มิลลิลิตร/นาที ถึง ๒๗๐๐ มิลลิลิตร/นาที	๑๐ คะแนน
อัตราการไหลของน้ำ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ๒๗๐๑ มิลลิลิตร/นาที ถึง ๒๙๐๐ มิลลิลิตร/นาที	๒๐ คะแนน
อัตราการไหลของน้ำ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ๒๙๐๑ มิลลิลิตร/นาที ถึง ๓๑๐๐ มิลลิลิตร/นาที	๔๐ คะแนน
อัตราการไหลของน้ำ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ๓๑๐๑ มิลลิลิตร/นาที ถึง ๓๓๐๐ มิลลิลิตร/นาที	๖๐ คะแนน
อัตราการไหลของน้ำ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ๓๓๐๑ มิลลิลิตร/นาที ถึง ๓๔๙๙ มิลลิลิตร/นาที	๘๐ คะแนน
อัตราการไหลของน้ำ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ตั้งแต่ ๓๕๐๐ มิลลิลิตร/นาที ขึ้นไป	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๑.๒ ความสามารถปรับตั้งแรงดันน้ำได้ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ให้น้ำหนักร้อยละ ๒๐

ความสามารถ	คะแนน
ความสามารถปรับตั้งแรงดันน้ำได้ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ๔๕๐ mmHg ถึง ๔๖๐ mmHg	๑๐ คะแนน
ความสามารถปรับตั้งแรงดันน้ำได้ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ๔๖๑ mmHg ถึง ๔๗๐ mmHg	๒๐ คะแนน
ความสามารถปรับตั้งแรงดันน้ำได้ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ๔๗๑ mmHg ถึง ๔๘๐ mmHg	๔๐ คะแนน
ความสามารถปรับตั้งแรงดันน้ำได้ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ๔๘๑ mmHg ถึง ๔๙๐ mmHg	๖๐ คะแนน
ความสามารถปรับตั้งแรงดันน้ำได้ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ๔๙๑ mmHg ถึง ๔๙๙ mmHg	๘๐ คะแนน
ความสามารถปรับตั้งแรงดันน้ำได้ ของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ ตั้งแต่ ๕๐๐ mmHg ขึ้นไป	๑๐๐ คะแนน

๒. บริการหลังการขาย (น้ำหนักร้อยละ ๒๐) ประกอบด้วย

(๑) ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ร้อยละ ๒๐

๒.๑ ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้น้ำหนักร้อยละ ๒๐ โดยพิจารณาจากระยะเวลา ดังนี้

เงื่อนไข	คะแนน
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี	๕๐ คะแนน
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา